



Република Србија  
Аутономна покрајина Војводина  
**УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА**  
**АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**  
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад  
Т: +381 21 4881 787 F: +381 21 4881 736  
www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs

**БРОЈ:136-404-127/2016-03/6**

**ДАТУМ: 25.07.2016. године**

На основу члана 107. и члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2016 у даљем тексту: Закон), и Извештаја о стручној оцени понуда број 136-404-127/2016-03/5 од 20.07.2016. године, директор Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине доноси следећу

**Одлуку о обустави поступка**  
**ЈНОПБР: 136-404-127/2016-03 - набавка добара**  
**медицинска опрема за опремање објекта „Каменица 2“**  
**Колица и лежаји**

**ОБУСТАВЉА СЕ** отворени поступак јавне набавке добара број 136-404-127/2016-03 Медицинска опрема за опремање објекта „Каменица 2“-Колица и лежаји за који је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана, 31.05.2016. године.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења исте.

**Образложење**

Наручилац је дана **20.05.2016.** године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке добара број 136-404-127/2016-03 - Медицинска опрема за опремање објекта „Каменица 2“- Колица и лежаји.

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана, 30.05.2016. године.

Комисија за јавну набавку спровела је поступак јавног отварања понуда и сачинила Записник о отварању понуда број 136-404-127/2016-03/4 од 30.06.2016. године, након чега је извршила стручну оцену поднетих понуда о чему је сачинила писани Извештај о стручној оцени понуда број 136-404-127/2016-03/5 од 20.07.2016. године.

У извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

**1. Предмет јавне набавке:**

Предмет јавне набавке је набавка медицинске опреме за опремање објекта „Каменица 2“ – Колица и лежаји - за потребе Корисника – Института за плућне болести Војводине, Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4, и Института за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4.

Ознака и назив из Општег речника набавки: 33100000 – Медицинска опрема.

**2. Процењена вредност јавне набавке:**

Укупна процењена вредност јавне набавке без пдв-а, износи **4.625.000,00** динара без ПДВ-а.

**3. Основни подаци о понуђачима:**

Јавно отварање понуда одржано је 30.06.2016. године, о чему је сачињен Записник број 136-404-127/2016-03/4.

Након јавног отварања благовремено поднетих понуда Комисија за спровођење поступка јавне набавке у саставу: Јелена Кнежевић, службеник за јавне набавке – члан, Тајна Лакић, службеник за јавне набавке – заменик члана, Дејан Крчмар - заменик члана, извршила је преглед и стручну оцену истих.

Благовремено, тј. до дана 30.06.2016. године до 09.30 часова, запримљено је укупно две (2) понуде и то понуде следећих понуђача:

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ			
Пословно име:	„РТМ“ доо, за производњу трговину и услуге		
Правна форма:	ДОО		
Седиште:	Град:	Место:	Улица и број:
	Шабац	Шабац	Стојана Новаковића 51
ПИБ:	100081544		
Матични број:	17435400		

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ	
Пословно име:	Заједничка понуда „Medicoline“ доо, Ниш, Рајићева 36 (носилац посла) и „Paroco medical equipment“ доо, Нови Сад, Ђерђа Молнара 2.

Правна форма:	ДОО		
Седиште:	Град:	Место:	Улица и број:
	Ниш	Ниш	Рајићева 36
ПИБ:	101700996 („Medicoline” доо, Ниш) 102128144 „Paroco medical equipment” доо, Нови Сад		
Матични број:	08362335 („Medicoline” доо, Ниш) 17442139 „Paroco medical equipment” доо, Нови Сад		

**Комисија је извршила преглед и стручну оцену благовремено поднетих понуда и констатовала следеће:**

Ред. број	Назив понуђача и уочени недостаци:	Број понуде и датум	Износ без пдв-а
1.	„РТМ“ доо, Шабац, Стојана Новаковића 51	нема	нема
2.	Заједничка понуда „Medicoline” доо, Ниш, Рајићева 36 (носилац посла) и „Paroco medical equipment” доо, Нови Сад, Берђа Молнара 2.	150-16 од 29.06.2016. године	4.620.000,00 динара

**4. Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање због битних недостатака из члана 106. Закона и понуђена цена тих понуда:**

**4.1 Понуда понуђача „РТМ“ доо, Шабац, Стојана Новаковића 51.**

**Образложење**

Понуда садржи битне недостатке из члана 106. став 1. тачка 1, 2, 3. и 5. Закона. Понуђач је у затвореној коверти доставио каталог произвођача у штампаном издању у коме нису означене тражене карактеристике добара и Образац понуде у коме су подаци о понуђачу, без обавезних прилога и доказа дефинисаних конкурсном документацијом и без средстава финансијског обезбеђења.

Као таква понуда је оцењена као неприхватљива.

**4.2 Заједничка понуда понуђача „Medicoline” доо, Ниш, Рајићева 36 (носилац посла) и „Paroco medical equipment” доо, Нови Сад, Берђа Молнара 2.**

**Образложење**

Понуда Групе понуђача садржи битне недостатке из члана 106. став 1. тачка 2 и 5. Закона. Група понуђача није доказала да испуњава додатни услов за кадровски капацитет,

односно није доказала да поседује најмање једно обучено лице за одржавање понуђеног добра како је Наручилац захтевао Конкурсном документацијом.

Као доказ за испуњеност кадровског капацитета, Група понуђача је у понуди доставила Изјаву Ортопедије – нови живот ДОО, Београд, којом ово привредно друштво изјављује да поседује обученог сервисера за сервисирање производа и то за ставке: Колица са посудом за пацијенте (принцепа колица) и Колица за транспорт пацијената.

Сагласно члану 81. Закона, додатне услове могу заједно испуњавати само чланови из заједничке понуде, а увидом у исту Комисија је констатовала да Ортопедија - нови живот, ДОО није члан Групе понуђача.

Комисија је увидом у каталог који чини саставни део понуде Групе понуђача констатује да понуђена добра нису одговарајућа, тј. техничка спецификација понуђених добара не испуњава захтеване услове из Конкурсне документације, и то:

1. Наручилац је дана 31.05.2016. године на Порталу јавних набавки и својој Интернет страници објавио Конкурсну документацију и Позив за подношење понуда. Након тога, Наручилац је у складу са Законом три пута вршио измену и допуна Конкурсне документације, од чега се две измене односе на део Конкурсне документације 2) **Врста, тех. карактеристике (спецификација) и то :**

Прва измена и допуна објављена на Порталу јавних набавки и Интернет страници Наручиоца дана, 09.06.2016. године:

- Колица са посудом за пацијента (принцепа колица) ставке : 1.4, 1.5, и Колица за транспорт пацијената ставке: 2.5, 2.6, 2.7 и 2.8;

Друга измена и допуна објављена на Порталу јавних набавки и Интернет страници Наручиоца дана, 21.06.2016. године:

- Колица за превијање ставке: 3.6, и Колица за апарате ставке: 4.2, 4.4, 4.5, 4.8.

У својој Понуди, Понуђач је доставио попуњену табелу „Техничке карактеристике“ – (спецификације) за горенаведене ставке, али по првобитној неизмењеној верзији Конкурсне документације.

2. У делу понуде који се односи на Колица са посудом за пацијента (принцепа колица) конкретно за ставку **1.2 Тоалетно седиште са обложеним седалом**, наводи се како понуђено добро испуњава техничке карактеристике захтеване Конкурсном документацијом, међутим исто се не може недвосмислено утврдити из приложеног каталога произвођача који чини саставни део понуде, јер у означеном тексту у каталогу произвођача, пише да понуђено добро поседује обложени поклопац седала, али не и то да понуђено добро поседује обложено седало.
3. У делу понуде која се односи на Колица са посудом за пацијента (принцепа колица) конкретно за ставку **1.4 Подесива по висини, наслони за руке се могу уклонити**, наводи се да понуђено добро испуњава техничке карактеристике захтеване Конкурсном документацијом, али у приложеном каталогу произвођача, који чини саставни део понуде, пише да се наслони за руке могу померати тако да је омогућен бочни приступ седалу, те се из тога не може недвосмислено утврдити да ли се наслони за руке могу уклонити.
4. У понуди се наводи да понуђено добро - Колица за транспорт пацијената испуњава тражене техничке карактеристике захтеване ставкама 2.4, 2.6, 2.7, 2.10, међутим из приложеног каталога произвођача није могуће недвосмислено утврдити исто. У

понуди су приложени каталози заступника произвођача у коме је назначено да понуђено добро испуњава захтеване техничке спецификације, иако је Наручилац конкурсном документацијом захтевао каталог произвођача или друго штампано издање издато од стране произвођача или изјаву произвођача са обавезно означеним редним бројем за тражену карактеристику.

5. У каталогу произвођача који чини саставни део понуде у делу који се односи на Лежај за прегледе, ставка 5.3 техничке спецификације – Основа стола од метала са одговарајућом заштитом, није могуће недвосмислено утврдити да ли понуђено добро испуњава захтеване карактеристике из Конкурсне документације, јер је у назначеном делу каталога наведено да је основа стола обојена, али не и то да је боја заштитна или да поседује неку другу заштиту основе.

Наручилац је упутио понуђачу Понуђачу Захтев за додатним објашњењима бр. 136-031-6/2016-03-123 дана 18.07.2016. године (који је саставни део овог Извештаја) у ком је замолио Понуђача да образложи горенаведено како би се недвосмислено могло утврдити да ли понуђена добра испуњавају све захтеване техничке карактеристике, те је Понуђач дана 20.07.2016. године доставио одговоре на питања у којима је на питање број 4 одговорио да је каталог заступника валидан као и каталог произвођача, а Наручилац је конкурсном документацијом стриктно захтевао каталог произвођача или друго штампано издање издато од стране произвођача или изјаву произвођача са обавезно означеним редним бројем за тражену карактеристику.

Као таква понуда је оцењена као неприхватљива.

- као неблаговремена одбијена је понуда: нема

**5. Ако је понуда одбијена због неубичајено ниске цене, детаљно образложење - начин на који је утврђена та цена: /**

**6. Начин примене методологије оцене понуда:**

Критеријуми за доделу уговора је „најнижа понуђена цена.“

**7. Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће извршити подизвођач:**

Након стручне оцене поднетих понуда Комисија констатује да понуда понуђача „РТМ“ доо, Шабац, Стојана Новаковића 51, садржи битне недостатке из члана 106. Закона, те је одбијена је као неприхватљива.

Заједничка понуда групе понуђача „Medicoline“ доо, Ниш, Рајићева 36 (носилац посла) и „Paroco medical equipment“ доо, Нови Сад, Ђерђа Молнара 2, садржи битне недостатака из члана 106. став 1. тачка 2) Закона, као и да понуђена добра не одговарају у свему захтевима из техничке спецификације која чини саставни део конкурсне документације и као таква Понуда је неодговарајућа, односно неприхватљива. Комисија констатује да заједничка понуда групе


Директор Управе је прихватио предлог Комисије као из наведеног Извештаја, те је на основу члана 107. и 109. Закона о јавним набавкама донео Одлуку као у диспозитиву.

### ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ

Против ове одлуке понуђач може поднети Наручиоцу захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06 уплати таксу из члана 156. став 1. тачка 5) Закона у износу од 120.000,00 динара, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, које је објављено на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.



ДИРЕКТОР УПРАВЕ

Недељко Ковачевић, дипл. економиста

*Handwritten signature*