



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 4881 787 F: +381 21 4881 736
www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 136-404-215/2016-03/6-1

ДАТУМ: 18.04.2017. година

На основу члана 107. и члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја стручној оцени понуда број 136-404-215/2016-03/5 од 12.04.2017. године, директор Управе за капитална улагања АП Војводине донео је

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ЈНОПБР: 136-404-215/2016-03 - НАБАВКА ДОБАРА – ОПРЕМА ЗА САЛЕ ЗА
КАТЕТЕРИЗАЦИЈУ (АНГИО САЛЕ)
ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 2

ОДБИЈА СЕ КАО НЕПРИХВАТЉИВА заједничка понуда понуђача „Shimadzu“ доо, Београд - Нови Београд, Булевар маршала Толбухина 46/1 и „ДЕМ“ доо, Раковачка 32, Нови Сад, поднете у отвореном поступку јавне набавке добара број 136-404-215/2016-03, Опрема за сале за катетеризацију (ангио сале), обликованом по партијама од 1 до 2, и то за **Партију 1**. Опрема за сале за катетеризацију (Ангио сале), из разлога што иста има битне недостатке из члана 106. Закона о јавним набавкама.

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ понуђачу „Siemens Healthcare“ доо, Београд, Омладинских бригада 21, у отвореном поступку јавне набавке добара број 136-404-215/2016-03, Опрема за сале за катетеризацију (ангио сале), обликованом по партијама од 1 до 2, и то за **Партију 1**. Опрема за сале за катетеризацију (Ангио сале), чија је понуда оцењена као прихватљива, за цену од **115.125.000,00 динара без пдв-а**, односно 138.150.000,00 динара са пдв-ом.

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ понуђачу Друштву за спољну и унутрашњу трговину „Medicom“ д.о.о, Шабац, Поцерска 3, у отвореном поступку јавне набавке добара број 136-404-215/2016-03, Опрема за сале за катетеризацију (ангио сале), обликованом по партијама од 1 до 2, и то за **Партију 2**. Заштитна опрема од јонизујућих зрачења, чија је понуда оцењена као прихватљива, за цену од **3.641.670,00 динара без пдв-а**, односно 4.370.004,00 динара са пдв-ом.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и Интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

образложење

Наручилац је дана 31.10.2016. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке добара број 136-404-215/2016-03 - Опрема за сале за катетеризацију (ангио сале), обликован по партијама од 1 до 2.

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 17.11.2016. године.

Комисија за јавну набавку спровела је поступак јавног отварања понуда и сачинила Записник о отварању понуда број: 136-404-215/2016-03/4 дана 24.03.2017. године, након чега је извршила

стручну оцену поднетих понуда о чему је дана 12.04.2017. године сачинила писани Извештај о стручној оцени понуда број 136-404-215/2016-03/5.

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке је набавка добара - Опрема за сале за катетеризацију (Ангио сале) обликован по партијама од 1 до 2 и то:

Број партије	Назив партије
1	Опрема за сале за катетеризацију (Ангио сале)
Број партије	Назив партије
2	Заштитна опрема од јонизујућих зрачења

- за потребе Корисника – Општа болница „Др Радивој Симоновић“ у Сомбору, Општа болница „Ђорђе Јоановић“ у Зрењанину и Општа болница Суботица у Суботици.

Ознака и назив из Општег речника набавки: **33100000**

2. Процењена вредност јавне набавке:

Укупна процењена вредност јавне набавке без пдв-а, износи 125.000.000,00 динара без обрачунаог ПДВ-а, а по партијама:

Редни број партије	Процењена вредност
Партија бр. 1	121.250.000,00 динара
Партија бр. 2	3.750.000,00 динара

3. Основни подаци о понуђачима:

Јавно отварање понуда одржано је 24.03.2017. године у 11.30 часова, о чему је сачињен Записник број: 136-404-215/2016-03/4.

Благовремено, тј. до дана 24.03.2017. године до 11:00 часова, запримљене су 4 понуде и то понуде следећих понуђача:

Партија 1. Опрема за сале за катетеризацију (Ангио сале)

Ред. Број	Деловодни број	Датум пријема	Време пријема	Понуђач
1.	136-404-215/2016-03/877	24.03.2017.	10:32 сати	Заједничка понуда „SHIMADZU“ доо, Београд - Нови Београд, Булевар маршала Толбухина 46/1 и „DEM“ доо, Нови Сад, Раковачка 32
2.	136-404-215/2016-03/878	24.03.2017.	10:45 сати	„Gorenje GTI“ доо Београд, Београд, Милутина Миланковића 7
3.	136-404-215/2016-03/879	24.03.2017.	10:46 сати	„Siemens Healthcare“ доо, Београд, Омладинских бригада 21

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Пословно име:	„Shimadzu“ д.о.о, Београд - Нови Београд		
Скраћено пословно име:	„Shimadzu“ д.о.о, Београд		
Правна форма:	Д.О.О.		
Седиште:	Општина:	Место:	Улица и број:
	Београд, Нови Београд	Београд	Булевар маршала Толбухина 46
ПИБ:	108872663		
Матични број:	21084689		

Пословно име:	Д.О.О „ДЕМ“ предузеће за производњу, сервис и продају медицинских апарата Нови Сад		
Скраћено пословно име:	Д.О.О „ДЕМ“ Нови Сад		
Правна форма:	Д.О.О.		
Седиште:	Општина:	Место:	Улица и број:
	Нови Сад	Нови Сад	Раковачка бр. 32
ПИБ:	101627620		
Матични број:	08599807		

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пословно име:	Друштво за трговину и инжењеринг „Gorenje GTI“ д.о.о Београд - Нови Београд		
Скраћено пословно име:	„Gorenje GTI“ д.о.о, Београд		
Правна форма:	Д.О.О.		
Седиште:	Општина:	Место:	Улица и број:
	Београд, Нови Београд	Београд, Нови Београд	Милутина Миланковића бр. 7
ПИБ:	106285149		
Матични број:	20570628		

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пословно име:	„Siemens Healthcare“ доо Београд - Нови Београд		
Скраћено пословно име:	„Siemens Healthcare“ доо Београд		
Правна форма:	Д.О.О.		
Седиште:	Општина:	Место:	Улица и број:
	Нови Београд	Београд	Омладинских бригада 21
ПИБ:	109314388		
Матични број:	21160156		

Партија 2. Заштитна опрема од јонизујућих зрачења

Ред. Број	Деловодни број	Датум пријема	Време пријема	Понуђач
1.	136-404-215/2016-03/865	24.03.2017.	08:25 сати	Друштво за спољну и унутрашњу трговину „Medicom“ д.о.о, Шабац, Поцерска 3

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пословно име:	Друштво за спољну и унутрашњу трговину „Medicom“ д.о.о, Шабац, Поцерска 3		
Скраћено пословно име:	„Medicom“ д.о.о		
Правна форма:	Д.О.О.		
Седиште:	Општина:	Место:	Улица и број:

	Београд, Нови Београд	Београд, Нови Београд	Милутина Миланковића бр. 7
ПИБ:	100126308		
Матични број:	07595166		

4. Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање због битних недостатака из члана 106. ЗЈН, и понуђена цена тих понуда:

Партија 1. Опрема за сале за катетеризацију (Ангио сале)

- као неприхватљива из разлога што има битне недостатке, као и из разлога што је неодговарајућа одбијена је следећа понуда:

Понуђач, број и датум понуде	Разлог	Понуђена цена
<p>Заједничка понуда „SHIMADZU“ доо, Београд - Нови Београд, Булевар маршала Толбухина 46/1 и „DEM“ доо Раковачка 32 Нови Сад Понуда број 260001077 од 24.03.2017. год.</p>	<p>Комисија је заједничку понуду понуђача Shimadzu доо Београд и ДЕМ доо Нови Сад, оценила као неприхватљиву, јер иста:</p> <p>1. има битне недостатке из члана 106. ЗЈН и то:</p> <p>1.1 што у понуди <u>није доставио ни за једног произвођача (Shimadzu Corporation за ангиографску салу и Schwarzer Cardiotek GmbH, Немачка за систем за хемодинамска мерења)</u> оригиналну изјаву издату од стране произвођача опреме или изјаву инозаступника произвођача за Европу, као доказ о спремности понуђача да обезбеди резервне делове и сервисну подршку на територији Републике Србије у пост-продајном периоду одржавања опреме на начин како је то Наручилац навео и захтевао у конкурсној документацији.</p> <p>Наиме, Наручилац је у складу са Законом и Правилником дефинисао посебне захтеве у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, те је Конкурсном документацијом Поглавље 2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ ИСПОРУКЕ И СЛ., Ставка 2)7) Гарантни рок и обавезе испоручиоца предметне опреме у гарантном року и по истеку гарантног рока, Тачка В. Постпродајно одржавање по истеку гарантног рока предвидео: „Понуђач је у обавези да најмање седам година, након истека гарантног рока, обезбеди сервисну и техничку подршку за испоручену опрему (могућност уредног сервисирања и могућност набавке резервних делова и пратећег потрошног прибора од стране Корисника) на територији Републике Србије.“ Као доказ о спремности понуђача да обезбеди резервне делове и сервисну подршку на</p>	<p>111.476.000,00 дин без пдв-а</p>

територији Републике Србије у пост-продајном периоду одржавања опреме **Понуђач је дужан да достави оригиналну изјаву издату од стране произвођача опреме или изјаву инозаступника произвођача за Европу.** Дакле, понуђачи су били у обавези да у својој понуди доставе и наведену изјаву од произвођача за свако од добара које нуде.

1.2 што је у заједничкој понуди понуђача Shimadzu доо Београд и ДЕМ доо понуђено медицинско средство Bransist Alexa **F12 Mix package** које није уписано у регистар медицинских средства код АЛИМС-а. Понуђач је као доказ да је понуђено медицинско средство уписано у Регистар медицинских средстава код АЛИМС-а доставио Решење о упису МС бр. 515-02-03730-15-001 од 23.05.2016. године, о упису медицинског средства „BRANSIST alexa Digital Angiography System“, произвођача „Shimadzu Corporation Medical Systems Division“, Јапан, у Регистар медицинских средстава. Обзиром да се у достављеном решењу АЛИМС-а за мед. средство BRANSIST alexa Digital Angiography System не налази податак да је понуђени тип и модел **F12 Mix package**, Комисија се дана 30.03.2017. године обратила АЛИМС-у са захтевом за додатне информације о регистрованом мед. средству BRANSIST alexa Digital Angiography System са следећим питањем: „Да ли је предметним решењем обухваћен и понуђени модел и тип апарата **Bransist Alexa F12 MIX package**, обзиром да је у достављеним брошурама произвођача наведено да нови **MIX package** подразумева нов хардвер и софтвер, а носилац уписа је био дужан да пријави промену по члану 16. став 1. тачка 9) Правилника о начину уписа медицинског средства у Регистар медицинских средстава и садржају захтева за упис медицинског средства у Регистар медицинских средстава (“Службени гласник РС”, бр. 57/2010, 101/2014, 112/2014)?“ АЛИМС је Наручиоцу доставио допис бр. 515-00-00663-2017-7-003 од 18.04.2017. у којем га обавештава следеће: „Агенција за лекове и медицинска средства Србије је издала Решење бр. 515-02-03730-15-001 од 23.05.2016. године, о упису медицинског средства „BRANSIST alexa Digital Angiography System“, произвођача „Shimadzu Corporation Medical Systems Division“, Јапан, у Регистар медицинских средстава. Прегледом документације, која је предата Агенцији, а на основу које је издато Решење о упису у Регистар наведеног медицинског средства, утврђено је да се у Декларацији о усклађености, упутству за употребу и спољњем паковању медицинског средства „BRANSIST alexa Digital Angiography System“, **не наводи назив „BRANSIST alexa F12 MIX package“.** У Декларацији о усклађености се наводи назив

модела „BRANSIST alexa“ и наводе се следећи каталошки бројеви: 563-76100-17, 563-76100-18, 563-76100-67, 563-76100-68, 563-79400-17, 563-79400-18, 563-79400-67, 563-79400-68....“

Наручилац је Конкурсном документацијом у делу **6)7) ОСТАЛИ ОБРАСЦИ**, предвидео као обавезну садржину понуде под **Тачком 6)7)1** Образац изјаве да је понуђено добро регистровано код надлежног органа за регистрацију медицинских средстава са копијама решења, као и да свака ставка из техничке спецификације мора бити уписана у Регистар медицинских средстава Агенције за лекове и медицинска средства Србије. Понуђач је уз Образац дужан да достави фотокопију важећег решења о упису понуђеног добра у Регистар медицинских средстава Агенције за лекове и медицинска средства Србије.

Ценећи све напред наведено, а нарочито прибављено стручно мишљење АЛИМС-а, Комисија је оценила да је понуђач понудио медицинско средство под називом Bransist Alexa, тип и модел медицинског средства **F12 Mix package**, које као такво **није регистровано** у оквиру достављеног Решења бр. 515-02-03730-15-001 од 23.05.2016. године, о упису медицинског средства „BRANSIST alexa Digital Angiography System“, произвођача „Shimadzu Corporation Medical Systems Division“.

1.3 што у понуди **није достављен валидан доказ** за испуњеност додатних услова за кадровски капацитет у складу са чланом 75. и 76. ЗЈН и захтевима Наручиоца из конкурсне документације. Наиме, у понуди Shimadzu doo Beograd, предат је документ „Ауторизација произвођача“ од дана 12.12.2016, који је издат од Shimadzu Europa GmbH, Европског представника Shimadzu Corporation, и потписан од стране Jurgen Kwass, Managing Director. У документу се наводи да је **компанија DEM d.o.o.** Раковачка 32, 21000 Нови Сад, Србија, ауторизована и квалификована да врши сервисно одржавање Shimadzu опреме. Shimadzu doo Beograd предао је такође и 2 (два) сервисна сертификата издата дана 24.6.2016. од стране Shimadzu doo Beograd, да су г. Иван Филиповић и г. Игор Ловрић из DEM д.о.о. Нови Сад похађали обуку за Angiography Systems Service Training – Bransist Alexa i Trinius серије од 20 до 24.06.2016. у Кјоту, Јапан. Такође, Shimadzu doo Beograd, у својству понуђача, предао је документ „Ауторизација произвођача“ од дана 12.12.2016. коју је издао Shimadzu Europa GmbH, као Европског представника Shimadzu Corporation, да је **компанија Shimadzu doo Beograd њихов ексклузивни и једини дистрибутер за српско тржиште, ауторизована и квалификована да врши сервис Shimadzu опреме, а коју је такође**

потписао Jurgen Kwass, Managing Director.

Ради исправне стручне оцене понуде Комисија се дана 30.03.2017. путем е-маила обратила за додатне информације директно даваоцу напред наведених изјава, тј. произвођачу опреме Shimadzu Corporation, као и инозаступнику произвођача за Европу, фирми Shimadzu Europa GmbH, на контакте који су наведени у достављеним изјавама, као и на званичне контакте који се налазе на официјелном сајту произвођача, са захтевом да се изјасни о следећем:

„- Која од ове две изјаве, издате од стране Shimadzu Europa GmbH истог дана, а које је потписало исто лице, је тачна: да ли Shimadzu Corporation има ексклузивног и јединог сервисера Shimadzu doo Beograd за Србију или је DEM doo Novi Sad овлашћен сервис у Србији, иако је Shimadzu doo Beograd ексклузиван и једини за Србију?

Молимо Вас да потврдите писаним путем да ли су приложени сервисни сертификати које је предао Shimadzu doo Beograd, за г. Ивана Филиповића и г. Игора Ловрића из ДЕМ д.о.о. Нови Сад, важећи и идентични оригиналима; молимо да потврдите да ли су заиста похађали горе наведене обуке и да ли их је издао **Shimadzu Corporation**?”

Комисија од произвођача нити од инозаступника произвођача за Европу **није добила никакав одговор**, већ је одговор стигао дана 04.04.2017. од понуђача Shimadzu доо Београд који тврди да је сходно достављеним изјавама Shimadzu Europa GmbH, јасно да је Shimadzu доо Београд ексклузивни и једини дистрибутер произвођача Shimadzu Corporation за опрему која је предмет набавке у Републици Србији, док су и Shimadzu доо Београд и DEM доо Нови Сад овлашћени сервис произвођача у Републици Србији. У достављеном одговору се ни на који начин не помиње нити доказује захтевана валидност достављених сервисних сертификата.

Својим пропуштањем да Комисији, и поред уредно достављеног захтева, не доставе одговор произвођач и инозаступник произвођача за Европу потврдили су сумњу Комисије да достављене копије сервисних сертификата издатих од стране произвођача нису валидне и важеће, нити представљају валидан доказ да су наведена лица стварно обучена код произвођача за сервисирање понуђених добара, Комисија је оценила да понуђач није доказао да испуњава ове додатне услове.

2. **јер је неодговарајућа из разлога што не испуњава минималне техничке карактеристике** захтеване конкурсном документацијом тј. техничком спецификацијом и то:

2.1 Понуђач је као доказ за испуњеност техничке карактеристике под редним бројем **4.2**. Величина мањег (најмањег) фокуса треба да је једнака или

мања од 0,5mm навео у колони "Коментар" да исту доказује достављеним документом Product data Bransist Alexa C12/F12 Mix package, који је оверен и потписан од стране произвођача, а све у складу са захтевом Наручиоца из конкурсне документације да је понуђач дужан да прецизно наведе број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена карактеристика. У наведеном документу понуђач је означио техничку карактеристику рендгенске цеви ознаке LX-2011 којом је пак непобитно утврђено да иста поседује величину мањег (најмањег) фокуса од **0,6mm**, што не испуњава минимални захтев Наручиоца. Обзиром да је понуђач у својој понуди доставио и Изјаву произвођача на коју се уопште није позвао као документ којим доказује испуњеност техничке карактеристике под рб. 4.2, а имајући у виду да је Наручилац предвидео да се изјавом произвођача могу доказивати **само карактеристике које нису садржане у каталозима,** ради исправне оцене понуде Наручилац се дана 30.03.2017. путем е-маила обратио за додатне информације директно **даваоцу** изјаве произвођачу опреме Shimadzu Corporation, као и иноступнику произвођача за Европу, фирми Shimadzu Europa GmbH, на контакте који су наведени у достављеним изјавама, као и на званичне контакте који се налазе на официјелном сајту произвођача, **са захтевом да се изјасни на околност да ли понуђена и означена рендгенска цев LX-2011 поседује мали фокус величине 0,6мм?**

Комисија од произвођача и иноступника произвођача за Европу није добила никакав одговор, већ је одговор стигао дана 04.04.2017. од носиоца заједничке понуде, понуђача Shimadzu доо Београд. Понуђач потврђује да је у оригиналном документу Product data Bransist Alexa C12/F12 Mix package наведена рендгенска цев LX-2011 која поседује мали фокус величине 0,6мм. Податак за величину малог фокуса од 0,5мм који се наводи у изјави произвођача се односи на рендгенску цев LX-3081, при чему у понуди не постоји нити један доказ о вези понуђеног добра „BRANSIST alexa **F12 MIX package**“ и рендгенске цеви LX-3081, тј. ни на основу садржине понуде нити накнадно достављене изјаве од стране понуђача се не може утврдити да је рендгенску цев LX-3081 уопште могуће користити као део понуђеног добра „BRANSIST alexa **F12 MIX package**“.

Из овако утврђеног чињеничног стања и узимајући у обзир оригинална документа издата од стране произвођача, као и изјаву произвођача о техничким карактеристикама која је достављена у понуди, као и чињеницу да нити произвођач нити иноступник произвођача за Европу нису доставили одговор Комисији да се податак који се наводи у изјави

	<p>произвођача, мали фокус величине 0.5mm односи на рендгенску цев LX-2011 коју је понудио и означио понуђач, Комисија је утврдила да је понуђач понудио рендгенску цев ознаке LX-2011 која поседује мали фокус величине 0,6мм, чиме понуђено медицинско средство не испуњава минималну техничку карактеристику под рб. 4.2. Величина мањег (најмањег) фокуса треба да је једнака или мања од 0,5mm, те је понуда понуђача оцењена као неодговарајућа, а самим тим и неприхватљива.</p>	
--	---	--

- као неблагоприятна одбијена је следећа понуда: **нема**

5. Ако је понуда одбијена због неувобичајено ниске цене, детаљно образложење - начин на који је утврђена та цена: /

6. Начин примене методологије оцене понуда:

Сходно делу 5) Критеријуми за доделу уговора, тачка 5)1) Сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор је „најнижа понуђена цена“.

Партија 1. Комисија констатује да:

Место на ранг листи	Број понуде	Назив понуђача	Елемент критеријума	Понуђено
1	ОПБ 0012/16/17 од 22.03.2017.	„Siemens Healthcare“ доо, Београд, Омладинских бригада 21	најнижа понуђена цена	115.125.000,00 динара без пдв-а
2	094/17 од 23.03.2017. год.	„Gorenje GTI“ доо, Београд, Милутина Миланковића бр. 7	најнижа понуђена цена	119.520.000,00 динара без пдв-а

Партија 2. Комисија констатује да:

Место на ранг листи	Број понуде	Назив понуђача	Елемент критеријума	Понуђено
1	778 од 23.03.2017.	Друштво за спољну и унутрашњу трговину „Medicom“ доо Шабац, Поцерска 3	најнижа понуђена цена	3.641.670,00 динара без пдв-а

7. Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће извршити подизвођач:

Након спроведене стручне оцене понуда за Партију 1. Комисија констатује да заједничка понуда понуђача „SHIMADZU“ доо, Београд - Нови Београд, Булевар маршала Толбухина 46/1 и „DEM“ доо, Раковачка 32, Нови Сад, има битне недостатке, као и да је неодговарајућа, те је као таква неприхватљива па је предложила директору Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине:

Да сагласно члану 107. став 1. Закона о јавним набавкама, донесе Одлуку којом ће заједничку понуду понуђача „SHIMADZU“ доо, Београд - Нови Београд, Булевар маршала Толбухина 46/1 и

„DEM“ доо, Раковачка 32, Нови Сад, **одбити као неприхватљиву**, због битних недостатака уз образложење како је то наведено под тачком 4. овог Извештаја.

Комисија је констатовала да понуде понуђача „Siemens Healthcare“ доо, Београд, Омладинских бригада 21 за цену од 115.125.000,00 динара без пдв-а и понуђача „Gorenje GTI“ доо, Београд, Милутина Миланковића бр. 7, за цену од 119.520.000,00 динара без пдв-а, немају битних недостатака из члана 106. ЗЈН, да су одговарајуће, не ограничавају нити условљавају права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Као такве Понуде су оцењене као **прихватљиве**.

Након спроведене стручне оцене понуда, а сходно Критеријуму за доделу уговора, тј. елементима критеријума на основу ког се додељује уговор - „**најнижа понуђена цена**“, Комисија је предложила директору Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине:

Да сагласно члану 107. став 3. и члану 108. ЗЈН, донесе Одлуку о додели уговора у предметном поступку јавне набавке, за **Партију 1.** понуђачу: „**Siemens Healthcare**“ доо, **Београд, Омладинских бригада 21, за цену од 115.125.000,00 динара без пдв-а.**

Након спроведене стручне оцене понуда за **Партију 2.** Комисија констатује да понуда понуђача „**Medicom**“ доо Шабац, Поцерска 3, нема битних недостатака из члана 106. ЗЈН, да је одговарајућа, не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке, па је предложила директору Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине да сагласно члану 107. став 3. и члану 108. ЗЈН, донесе одлуку о додели уговора у предметном поступку јавне набавке, за **Партију 2.** понуђачу „**Medicom**“ доо **Шабац, Поцерска 3, за цену од 3.641.670,00 динара без пдв-а.**

Директор Управе је прихватио предлог Комисије као из наведеног Извештаја, те је на основу члана 107. и 108. закона о јавним набавкама донео Одлуку као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ

Против ове одлуке понуђач може поднети Наручиоцу захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана дана објављивања на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06 уплати таксу из члана 156. став 1. тачка 5 ЗЈН у износу од 120.000,00 динара, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, које је објављено на интернет страници Републичке комисије за заштиту права.



ДИРЕКТОР УПРАВЕ

Недељко Ковачевић