



Република Србија  
Аутономна покрајина Војводина  
**УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА**  
**АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад  
Т: +381 21 4881 787 F: +381 21 4881 736  
www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs

**БРОЈ: 136-404-268/2015-03/7**

**ДАТУМ: 04.03.2016. године**

На основу члана 107. и члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о поновљеној стручној оцени понуда број 136-404-268/2015-03/6 од 04.03.2016. године, директор Управе за капитална улагања АП Војводине донео је

**ОДЛУКУ**  
**О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈНОПБР: 136-404-268/2015-03 -**  
**НАБАВКА ДОБАРА – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ**  
**ОБЈЕКТА „КАМЕНИЦА 2“ – МОНИТОРИНГ**

**I МЕЊА СЕ ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА** у поступку ЈНОПБР:136-404-268/2015-03/5 од 24.02.2016. године - Медицинска опрема за опремање објекта „Каменица 2“ – Мониторинг, тако да гласи:

**II ОДБИЈАЈУ СЕ КАО НЕПРИХВАТЉИВЕ** понуде понуђача: „Горење ГТИ“ доо, Београд, Милутина Миланковића бр. 7 и заједничка понуда понуђача „Profesional Medic“ доо Ритопек, Карађорђева бр. 124а и „Paroco Medical Equipment“ доо export-import, Нови Сад, Ђерђа Молнара бр. 2, поднете у отвореном поступку јавне набавке добара број 136-404-268/2015-03, медицинска опрема за опремање објекта „Каменица 2“ – Мониторинг, из разлога што исте имају битне недостатке из члана 106. Закона о јавним набавкама.

**III ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ** понуђачу „Арена Мединг“ д.о.о., Београд, Драгачевска бр. 13а, у отвореном поступку јавне набавке добара број 136-404-268/2015-03, медицинска опрема за опремање објекта „Каменица 2“ – Мониторинг, чија ја понуда оцењена као прихватљива, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке и која је након рангирања остварила максималан број пондера, укупно 100, за цену од 42.328.800,00 динара без пдв-а, односно 50.794.560,00 динара са ПДВ-ом.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и Интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења исте.

## Образложење

Наручилац је дана 23.12.2015. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке добара број 136-404-268/2015-03 - Медицинска опрема за опремање објекта „Каменица 2“ - Мониторинг.

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 30.12.2015. године.

Комисија за јавну набавку спровела је поступак јавног отварања понуда и сачинила Записник о отварању понуда број: 136-404-268/2015-03/3 дана 01.02.2016. године и сачинила писани Извештај о стручној оцени понуда број: 136-404-268/2015-03/4 од 24.02.2016. године на основу кога је директор Управе за капитална улагања АП Војводине донео Одлуку о додели уговора број 136-404-268/2015-03/5 од 24.02.2016. године понуђачу „Горење ГТИ“ д.о.о. Београд, Милутина Миланковића бр. 7.

Након доношења и објављивања наведене Одлуке Комисија је **извршила поновни преглед и струну оцену достављених понуда** у предметној јавној набавци којом приликом је утврђено следеће

### **Предмет јавне набавке:**

Предмет јавне набавке је набавка медицинске опреме за опремање објекта „Каменица 2“ – Мониторинг - за потребе Корисника – Института за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4 и Института за плућне болести Војводине, Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана бр. 4.

Ознака и назив из Општег речника набавки: 33100000

### **1. Процењена вредност јавне набавке:**

Укупна процењена вредност јавне набавке без пдв-а, износи **50.416.666,67** динара без пдв-а.

### **2. Основни подаци о понуђачима:**

Јавно отварање понуда одржано је 01.02.2016. године, о чему је сачињен Записник број: 136-404-268/2015-03/3.

Након јавног отварања благовремено поднетих понуда Комисија за спровођење поступка јавне набавке у саставу: Снежана Баста – службеник за јавне набавке - члан, Даница Гавриловић – члан, др сц мед. Даница Хајдуковић – заменик члана, Дејан Крчмар - заменик члана и др Микоош Фабри - члан извршила је поновни преглед и стручну оцену истих.

Благовремено, тј. до дана 01.02.2016. године до 11:00 часова, запримљене су **3 понуде** и то:

<b>ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ</b>	
Пословно име:	Предузеће за промет медицинске опреме, сервис и инжењеринг „Арена Мединг“ доо, Београд
Скраћено пословно име:	„Арена Мединг“ доо
Правна форма:	Д.О.О.

Седиште:	Општина:	Место:	Улица и број:
	Београд, Вождовац	Београд, Вождовац	Драгачевска 13а
ПИБ:	102141031		
Матични број:	06927459		

### ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пословно име:	Друштво за трговину и инжењеринг „Горење ГТИ“ д.о.о Београд (Нови Београд)		
Скраћено пословно име:	„Горење ГТИ“ д.о.о, Београд		
Правна форма:	Д.О.О.		
Седиште:	Општина:	Место:	Улица и број:
	Београд, Нови Београд	Београд, Нови Београд	Милутина Миланковића бр. 7
ПИБ:	106285149		
Матични број:	20570628		

### ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Пословно име – носилац посла:	„Profesional Medic“ d.o.o. Ritopek		
Скраћено пословно име – носилац посла:	„Profesional Medic“ d.o.o. Ritopek		
Правна форма:	Д.О.О.		
Седиште:	Општина:	Место:	Улица и број:
	Београд-Гроцка	Ритопек	Карађорђева бр. 124 А
ПИБ:	106772729		
Матични број:	20677953		
Пословно име – члан групе понуђача:	„Paroco Medical Equipment“ doo export-import, Нови Сад		
Скраћено пословно име – члан групе понуђача:	„Paroco Medical Equipment“ doo Нови Сад		
Правна форма:	Д.О.О.		
Седиште:	Општина:	Место:	Улица и број:
	Нови Сад	Нови Сад	Ђерђа Молнара бр.

			2
ПИБ:	101700996		
Матични број:	08362335		

**4. Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање због битних недостатака из члана 106. ЗЈН и понуђена цена тих понуда:**

- Током вршења стручне оцене понуде, Комисија за спровођење поступка предметне јавне набавке, у складу са чланом 93. став 1 ЗЈН, се дана 10.02.2016. године, писаним путем обратила понуђачима са захтевом да доставе додатна појашњења својих понуда тако што ће се у остављеном року од дана пријема захтева Комисије изјаснити - дати јасна и недвосмислена појашњења на **околност техничких спецификација датих у понуди, а у односу на захтеване техничке спецификације** које чине саставни део конкурсне документације предметне јавне набавке, и то:

1. „Горење ГТИ“ доо, Београд, Милутина Миланковића бр. 7, за коју је благовремено поднео понуду број 023-16 од 25.01.2016. године, на следеће околности:

1.1.6	Монитор мора да поседује алгоритме и модуле за следећа мерења: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Континуирано мерење "QT/QTc" - из понуде се не може утврдити континуирано мерење "QT/QTc"</li> <li>• Респирација – торакална импеданца - из понуде се не може утврдити да се респирација добија преко торакалне импеданце</li> <li>• ИВР-инвазивни притисак 3 канала</li> <li>• Кардијак-аутпут - термодилуциона метода – за ова два параметра (ИВР-инвазивни притисак 3 канала и Кардијак-аутпут - термодилуциона метода) није јасно да ли су доступни истовремено</li> </ul>		
1.1.19	Манжетна за крвни притисак (ком 2) - не може се закључити да ћете испоручити захтеван број манжетни		
1.1.21	Кабл за инвазивни притисак (ком 3) – не може се закључити да ћете испоручити захтеван број каблова		
1.2.8	Респирација – торакална импеданца - из понуде се не може утврдити да се респирација добија преко торакалне импеданце		
1.2.15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Манжетна за крвни притисак (ком 2) - не може се закључити да ћете испоручити захтеван број манжетни</li> <li>• Кабл за инвазивни притисак (ком 2) – не може се закључити да ћете испоручити захтеван број каблова</li> </ul>		
1.3.7	Приступ свим пацијент информацијама са монитора, укључујући аритмија историју, графичким и нумеричким трендовима, и др. – нејасно је да ли је укључена и историја аритмије		
1.3.10	Могућност повезивања и експорта података на локалну рачунарску мрежу		

	Централа мора да поседује активну функцију, односно повезан хардвер и софтвер за трансфер пацијент података са мониторинг система на болнички информациони систем великом брзином, сагласно стандарду "HL7" (HL7 izlaz i license за 50 кревета) - не може се закључити број понуђених лиценци		
2.1.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Континуирано мерење "QT/QTc" - из понуде се не може утврдити континуирано мерење "QT/QTc"</li> <li>• Респирација – торакална импеданца - из понуде се не може утврдити да се респирација добија преко торакалне импеданце</li> </ul>		
2.1.10	Манжетна за крвни притисак (ком 2) - не може се закључити да ћете испоручити захтеван број манжетни		
2.1.13	Кабл за инвазивни притисак (ком 2) – не може се закључити да ћете испоручити захтеван број каблова		
2.2.8	Пристап свим пацијент информацијама са монитора, укљичујући аритмија историју, графичким и нумеричким трендовима, и др. – нејасно је да ли је укључена и историја аритмије		
3.1.12	Респирација –торакална импеданца - из понуде се не може утврдити да се респирација добија преко торакалне импеданце		
3.1.15	ИВР-инвазивни притисак 3 канала	– за ова два параметра (ИВР-инвазивни притисак 3 канала и Кардијак-аутпут - термодилуциона метода) није јасно да ли су доступни истовремено	
3.1.16	Кардијак-аутпут- термодилуциона метода		
3.1.18	Континуирано мерење "QT/QTc" - из понуде се не може утврдити континуирано мерење "QT/QTc"		
3.1.31	Кабл за инвазивни притисак (ком 3) – не може се закључити да ћете испоручити захтеван број каблова		
3.2.13	Респирација – торакална импеданца - из понуде се не може утврдити да се респирација добија преко торакалне импеданце		
3.2.18	Континуирано мерење "QT/QTc" - из понуде се не може утврдити континуирано мерење "QT/QTc"		
3.2.29	Манжетна за крвни притисак (ком 2) – не може се закључити да ћете испоручити захтеван број манжетни		
3.2.31	Кабл за инвазивни притисак (ком 2) – не може се закључити да ћете испоручити захтеван број каблова		
3.3.8	Пристап свим пацијент информацијама са монитора, укљичујући аритмија историју, графичким и нумеричким трендовима, и др. – нејасно је да ли је укључена и историја аритмије		

3.3.11	<p>Могућност повезивања и експорта података на локалну рачунарску мрежу</p> <p>Централа мора да поседује активну функцију, односно повезан хардвер и софтвер за трансфер пацијент података са мониторинг система на болнички информациони систем великом брзином, сагласно стандарду "HL7" (HL7 излаз и лиценце за 20 кревета) - не може се закључити број понуђених лиценци</p>		
--------	--	--	--

Понуђач је благовремено Комисији доставио појашњење, тако што је као доказ на тражене околности доставио Изјаву произвођача као и превод исте. На основу достављеног, Комисија је на недвосмислен начин утврдила да понуђена добра у свему одговарају техничким спецификацијама захтеваним у конкурсној документацији.

Међутим, приликом поновног прегледа и стрчне оцене поднете понуде, Комисија је на недвосмислен начин утврдила да у поднетој понуди није достављен **ваљан доказ** о испуњености додатног услова прописаног конкурсном документацијом у делу 4.1.2. под тачком бр. 4:

**„УСЛОВ:** да располаже довољним кадровским капацитетом

**ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:**

**- Уколико понуђач поседује сервисере, доставља:**

- ❖ сертификат о обучености сервисера за одржавање понуђеног добра (најмање за једно лице) **или** изјаву произвођача понуђеног добра, или европског представника произвођача, или регионалног представника произвођача да је (најмање једно лице) обучено и оспособљено за сервисирање понуђеног добра са навођењем броја сертификата
- ❖ образац М о запослености (најмање за једно лица) сервисера код понуђача и фотокопију радне књижице, односно уговора о радном ангажовању

**- Уколико понуђач има уговор о пословно техничкој сарадњи за сервисере, за сваку понуђену партију доставља**

- ❖ сертификат о обучености сервисера „друге уговорне стране“ за одржавање понуђеног добра, (најмање за једно лице) **или** изјаву произвођача понуђеног добра, или европског представника произвођача, или регионалног представника произвођача да је (најмање једно лице) обучено и оспособљено за сервисирање понуђеног добра са навођењем броја сертификата

образац М о запослености (најмање за једно лица) сервисера код „друге уговорне стране“ и фотокопију радне књижице, односно уговора о радном ангажовању“.

Понуђач је у својој понуди као доказ о испуњености наведеног додатног услова доставио образац М2 и М-3А, фотокопију радне књижице, фотокопију уговора о раду и Сертификат на име Дејана Величковић као сервисера запосленог код понуђача.

Будући да је на достављеном Сертификату о обучености сервисера јасно назначено да су активности учења тј. „Learning Activity: Monitor module 11: MX800 Overview“, у циљу отклоњања недоумица у погледу ваљаности достављеног сертификата Комисија је извршила увид на званичној интернет презентацији произвођача предметне опреме Philips (<https://www.theonlinelearningcenter.com/Catalog/product.aspx?mid=11260>) где је утврђено да се ради о **курсу намењеном здравственим радницима** (Audience: Healthcare professionals), **а не сервисерима**, те да тај курс садржи преглед компоненти и

конектора на пацијент **монитору MX800** (This e-learning contains an overview of the components and connectors of the MX800 patient monitor).

Такође, циљеви учења су:

1. Идентификовање компоненти и конектора на MX800.
2. Опис функционалности даљинског управљача.
3. Опис уређаја који врше мерења:
  - Идентификација конектора на Multi-Measurement Module (MMS)
  - Идентификација конектора на X2
  - Идентификација компоненти и конектора за 4- или 8-слотни Flexible Module Server (FMS)“)

#### **(Learning**

#### **Objectives**

1. Identify the components and connectors of the MX800.
2. Describe the functionality of the remote control.
3. Describe the devices for acquiring measurements:
  - Identify the connectors of the Multi-Measurement Module (MMS)
  - Identify the connectors of the X2
  - Identify the components and connectors of the 4- or 8-slot Flexible Module Server (FMS)“).

**На основу наведеног као неспорно је утврђено да достављени сертификат уствари представља сертификат за корисничку обуку, а не за обуку сервисера, како је захтевано у конкурсној документацији.**

Такође је утврђено да се достављени **Сертификат односи на пацијент монитор MX800**, а не на понуђено добро наведено у поднетој понуди којом су понуђени **пацијент монитори MX450, MX500 и MX550**.

Даљим увидом на званичној интернет презентацији произвођача предметне опреме Philips”, једно од понуђених добара “IntelliVue **MX450**” најављено је на тржишту текстом који је објављен **16.10.2013**:

[http://www.newscenter.philips.com/us\\_en/standard/news/press/2013/20131016-philips-anesthesia-monitors.wpd#.VtkMqSJd8gm](http://www.newscenter.philips.com/us_en/standard/news/press/2013/20131016-philips-anesthesia-monitors.wpd#.VtkMqSJd8gm)

Такође, увидом у званичну интернет презентацију америчке агенције за лекове и храну (FDA), на страници:

<https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpmn/pmn.cfm?ID=K130849>

може се видети да је захтев у вези са одобрењем понуђеног добра „IntelliVue **MX450**” **примљен 26.3.2013. године (Date Received 03/26/2013)**

На исти начин, увидом у званичну интернет презентацију америчке агенције за лекове и храну (FDA), на страници:

<https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpmn/pmn.cfm?ID=K131872>

може се видети да је за понуђена добра „IntelliVue **MX500**” и „IntelliVue **MX550**” захтев у вези са одобрењем **примљен 24.6.2013. (Date Received 06/24/2013)**.

Узевши у обзир да приложени Сертификат који гласи на име Дејана Величковића достављен на страни 36/166 поднете понуде понуђача „Gorenje GTI“, а односи се на обученост сервисера, датира из 2008. године (обука је обављена у периоду од 04/07/2008 / 04/25/2008) недвосмислено се може утврдити да се сертификат који је приложен у понуди **не односи на обуку за рад са понуђеним добрима**, а самим тим ни на сервисну обуку, тј није сертификат сервисера који је тражен у конкурсној документацији.

Понуђена цена: 36.937.500,00 динара без пдв-а

Као таква Понуда је оцењена као **неприхватљива**.

**2. „Profesional Medic“ доо Ритопек, Карађорђева бр. 124а и „Paroco Medical Equipment“ доо export-import, Нови Сад, Берђа Молнара бр. 2, за коју је**

благовремено поднета заједничка понуда број 2016-25-01/01 од 25.01.2016. године, на следеће околности:

1.1.4	Могућност умрежавања ("LAN, WLAN") и повезивање на централни мониторинг систем – из приложене понуде не може се утврдити могућност повезивања путем WLAN мреже		
1.1.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Респирација – торакална импеданца - из понуде се не може утврдити да се респирација добија преко торакалне импеданце</li> </ul>		
1.1.19	Манжетна за крвни притисак (ком 2) - не може се закључити да ћете испоручити захтеван број манжетни		
1.1.21	Кабл за инвазивни притисак (ком 3) – не може се закључити да ћете испоручити захтеван број каблова		
1.1.23	ЕКГ електроде (ком 30) – не може се закључити да ћете испоручити захтеван број електрода		
1.2.3	Подесиви аудио/визуелни алармни систем за све параметре – не види се да се алармни систем односи на све параметре		
1.2.8	Респирација – торакална импеданца - из понуде се не може утврдити да се респирација добија преко торакалне импеданце		
1.2.15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Манжетна за крвни притисак (ком 2) - не може се закључити да ћете испоручити захтеван број манжетни</li> <li>• Кабл за инвазивни притисак (ком 2) – не може се закључити да ћете испоручити захтеван број каблова</li> </ul>		
1.3.4	Сет каблова за међусобно повезивање система и монитора – не види се кабел нити се може закључити да ћете испоручити потребне каблове		
1.3.10	Могућност повезивања и експорта података на локалну рачунарску мрежу Централа мора да поседује активну функцију, односно повезан хардвер и софтвер за трансфер пацијент података са мониторинг система на болнички информациони систем великом брзином, сагласно стандарду "HL7" (HL7 izlaz i license за 50 кревета) - не може се закључити број понуђених лиценци будући да је захтевано као минимална техничка карактеристика 2 дисплеја за која у изјави произвођача стоји да има 32 лиценце или понуђач планира да испоручи 4 дисплеја уз које се испоручује 64 лиценце		
2.1.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Респирација – торакална импеданца - из понуде се не може утврдити да се респирација добија преко торакалне импеданце</li> </ul>		
2.1.10	Манжетна за крвни притисак (ком 2) - не може се закључити да ћете испоручити захтеван број манжетни		
2.1.13	Кабл за инвазивни притисак (ком 2) – не може се закључити да ћете испоручити захтеван број каблова		



2.1.15	ЕКГ електроде (ком 30) - не може се закључити да ћете испоручити захтеван број електрода		
3.1.5	Могућност умрежавања ("LAN ,WLAN") и повезивање на централни мониторинг систем – из приложене понуде не може се утврдити могућност повезивања путем WLAN мреже		
3.1.12	Респирација – торакална импеданца - из понуде се не може утврдити да се респирација добија преко торакалне импеданце		
3.1.31	Кабл за инвазивни притисак (ком 3) – не може се закључити да ћете испоручити захтеван број каблова		
3.1.32	Сет једнократних трансдусера за ИВР (ком 5) – не може се закључити да ћете испоручити захтеван број трансдусера		
3.1.33	ЕКГ електроде (ком 30) – не може се закључити да ћете испоручити захтеван број електрода		
3.2.6	Могућност умрежавања ("LAN,WLAN") и повезивање на централни мониторинг систем – из приложене понуде не може се утврдити могућност повезивања путем WLAN мреже		

Понуђач је благовремено доставио појашњење која је Комисија оценила као прихватљива. На основу достављеног, Комисија је на недвосмислен начин утврдила да понуђена добра у свему одговарају техничким спецификацијама захтеваним у конкурсној документацији. Међутим, даљим прегледом поднете понуде Комисија је утврдила да је достављена понуда понуђача „Profesional Medic“ д.о.о., Ритопек, Карађорђева бр. 124а **неприхватљива** из разлога што је Конкурсном документацијом захтевано:

„Понуђач је у обавези да најмање **седам година, након** истека гарантног рока, обезбеди сервисну и техничку подршку за испоручену опрему (могућност уредног сервисирања и могућност набавке резервних делова и пратећег потрошног прибора од стране Корисника) на територији Републике Србије.

Као доказ о спремности понуђача да обезбеди резервне делове и сервисну подршку на територији Републике Србије у пост-продајном периоду одржавања опреме Понуђач је дужан да достави оригиналну изјаву издату од стране произвођача опреме или изјаву иноступника произвођача за Европу.“ Понуђач је у својој понуди доставио оригиналну изјаву произвођача у којој се недвосмислено наводи да ће произвођач обезбедити резервне делове и технички потрошни материјал **најмање 7 година од тренутка квалитативног пријема**, што чини 5 година од истека гарантног рока, обзиром да је понудом понуђен гарантни рок у трајању од 24 месеца.

Понуђена цена: 43.350.000,00 динара без пдв-а

Као таква Понуда је оцењена као **неприхватљива**

**3. „Арена Мединг“** д.о.о., Београд, Драгачевска бр. 13а за коју је благовремено поднео понуду број 032/16 од 27.01.2016. године, на следеће околности:

1.1.21	Кабл за инвазивни притисак (ком 3) – не види се кабел нити се може закључити да ћете испоручити захтеван број каблова		
1.2.15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Кабл за инвазивни притисак (ком 2) – не види се кабел нити се може закључити да ћете испоручити</li> </ul>		

	захтеван број каблова		
1.3.4	Сет каблова за међусобно повезивање система и монитора – не види се кабел нити се може закључити да ћете испоручити потребне каблове		
1.3.10	Могућност повезивања и експорта података на локалну рачунарску мрежу Централа мора да поседује активну функцију, односно повезан хардвер и софтвер за трансфер пацијент података са мониторинг система на болнички информациони систем великом брзином, сагласно стандарду "HL7" (HL7 izlaz i licence за 50 кревета) - не може се закључити број понуђених лиценци		
2.1.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Континуирано мерење "QT/QTc" - из понуде се не може утврдити континуирано мерење "QT/QTc"</li> </ul>		
2.1.13	Кабл за инвазивни притисак (ком 2) - не види се кабел нити се може закључити да ћете испоручити захтеван број каблова		
2.2.5	Сет каблова за међусобно повезивање система и монитора – не види се кабел нити се може закључити да ћете испоручити потребне каблове		
3.1.31	Кабл за инвазивни притисак (ком 3) - не види се кабел нити се може закључити да ћете испоручити захтеван број каблова		
3.2.5	Струјно батеријско напајање са капацитетом батерије мин 90 мин, за интрахоспитални транспорт и потребе мерења континуалне хемодинамике ("PICCO") на различитим позицијама – из понуде се не може утврдити испуњеност ове карактеристике тј. да ће при мерењу континуалне хемодинамике ("PICCO") на различитим позицијама батеријско напајање трајати минимум 90 минута		
3.2.31	Кабл за инвазивни притисак (ком 2) - не види се кабел нити се може закључити да ћете испоручити захтеван број каблова		
3.3.5	Сет каблова за међусобно повезивање система и монитора – не види се кабел нити се може закључити да ћете испоручити потребне каблове		
3.3.11	Могућност повезивања и експорта података на локалну рачунарску мрежу Централа мора да поседује активну функцију, односно повезан хардвер и софтвер за трансфер пацијент података са мониторинг система на болнички информациони систем великом брзином, сагласно стандарду "HL7" (HL7 излаз и лиценце за 20 кревета) - не може се закључити број понуђених лиценци		

Комисија је такође захтевала да Понуђач достави тумачење уз понуду достављене Изјаве GE Healthcare Technologies од 18.01.2016. године приложене као доказ о спремности

произвођача да обезбеди резервне делове и сервисну подршку на територији Републике Србије у пост-продајном периоду одржавања опреме (најмање седам година након истека гарантног рока).

Наиме, понуђач је био дужан да достави оригиналну изјаву издату од стране произвођача опреме или изјаву инозаступника произвођача за Европу, што је исти и учинио али је у изјави уочена контрадикторност тј. из исте се не може закључити да ли је пост-продајни период одржавања опреме 7 година након истека гарантног рока или рок почиње да тече од испоруке опреме клијенту.

Понуђач је благовремено Комисији доставио појашњење као и тумачење, тако што је као доказ на тражене околности доставио Изјаву произвођача. На основу достављеног, Комисија је на недвосмислен начин утврдила да понуђена добра у свему одговарају техничким спецификацијама захтеваним у конкурсној документацији, као и да је достављена Изјава уредна, па је на основу свега наведеног констатовала да понуда понуђача „Арена Мединг“ д.о.о, Београд, Драгачевска бр. 13а нема битних недостатака из члана 106. ЗЈН, да је одговарајућа, не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Као таква Понуда је оцењена као **прихватљива**.

- као неблагоприятна одбијена је понуда: **нема**

- као неодговарајућа одбијена је понуда: **нема**

**5. Ако је понуда одбијена због неувобичајено ниске цене, детаљно образложење - начин на који је утврђена та цена: /**

**6. Начин примене методологије оцене понуда:**

Сходно делу 5) Критеријуми за доделу уговора, тачка 5)1) Сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор је „економски најповољнија понуда.“

**а) Понуђена цена - 80 пондера**

Број пондера се утврђује по формули:

Најнижа вредност x 80

Понуђена вредност

**б) Рок испоруке – 10 пондера**

Рок испоруке исказан је у јединици времена - дани.

Број пондера се утврђује по формули:

Најкраћи рок испоруке x 10

Понуђени рок испоруке

**ц) Гарантни рок, (период) – 10 пондера**

Број пондера се утврђује по формули:

Понуђени гарантни период (у месецима) x 10

Најдужи гарантни период (у месецима).

**Напомена: да гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца.**

Примењујући наведену методологију доделе пондера, Комисија констатује да:

Број понуде	Назив понуђача	Елемент критеријума и број пондера који носи	Понуђено	Број пондера
032/16 од 27.01.2016	„Арена Мединг“ доо Београд, Драгачевска бр. 13а	Понуђена цена - 80 пондера	42.328.800,00 динара без пдв-а	80
		Рок испоруке – 10 пондера	15 дана од уплате аванса	10
		Гарантни рок (период) – 10 пондера	25 месеци	10
УКУПНО ПОНДЕРА				100 пондера

**7. Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће извршити подизвођач:**

Након спроведене поновљене стручне оцене понуда Комисија је предложила директору Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине:

Да сагласно члану 107. став 1. Закона о јавним набавкама, донесе Одлуку којим ће понуде понуђача: „Горење ГТИ“ доо, Београд, Милутина Миланковића бр. 7 и заједничку понуду понуђача „Professional Medic“ доо Ритопек, Карађорђева бр. 124а и „Paroco Medical Equipment“ доо export-import, Нови Сад, Берђа Молнара бр. 2, одбити као неприхватљиве због битних недостатака уз образложење како је то наведено под тачком 4. Извештаја о поновљеној стручној оцени понуда број 136-404-268/2015-03/6 од 04.03.2016. године.

Да сагласно члану 107. став 3. и члану 108. ЗЈН, донесе Одлуку о додели уговора у предметном поступку јавне набавке понуђачу „Арена Мединг“ д.о.о., Београд, Драгачевска бр. 13а, чија је понуда оцењена као прихватљива и која је након рангирања остварила максималан број пондера, укупно 100, за цену од 42.328.800,00 динара без пдв-а, односно 50.794.560,00 динара са ПДВ-ом.

Директор Управе је прихватио предлог Комисије као из наведеног Извештаја, те је на основу члана 107. и 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку као у диспозитиву

#### **ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ**

Против ове одлуке понуђач може поднети Наручиоцу захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06 уплати таксу из члана 156. став 1. тачка 5 ЗЈН у износу од 120.000,00 динара, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, које је објављено на интернет страници Републичке комисије за заштиту права.

ДИРЕКТОР УПРАВЕ